

CERTIFIED SAMPLES

FIRMA GIBITRE INSTRUMENTS ZAPEWNIACERTYFIKOWANE PRÓBKIDOWERYFIKACJITWARDZOŚCI SHORE'A I IRHD.X



gibitre
INSTRUMENTS



Opis

Zastosowanie certyfikowanych próbek pozwala na okresową weryfikację zgodności odczytów twardościomierzy w okresie między kalibracjami.

Okresowa weryfikacja jest przydatna, biorąc pod uwagę znaczenie twardości jako parametru testowego.

Na twardość produktów elastomerowych silnie wpływa temperatura. Z tego powodu próbki

produkowane przez Gibitre mają kształt, który umożliwia łatwą obsługę bez przenoszenia ciepła dłoni na obszar testowy.

Próbki są dostarczane ze świadectwem kalibracji umożliwiającym identyfikację certyfikowanego przyrządu użytego do pomiarów.

Próbki są dostarczane w zamkniętym futerale ochronnym, który umożliwia ochronę próbek przed zmianami temperatury i przed światłem.

Dostępne konfiguracje

Gibitre dostarcza próbki do testowania twardości w skalach: Shore A, Shore D, IRHD-N i IRHD-Micro.

Dostępne są następujące zestawy:

- kompletne opakowanie zawierające 5 próbek o różnej twardości w wybranej skali (w przybliżeniu: 40 - 50 - 60 - 80 - 90).
- opakowanie zawierające jedną próbkę w jednej z dostępnych skal twardości.

Shape of the samples: The shape of the samples has been developed to permit easy handling without heat transmission to the test area

Protection Box: The wooden box ensures protection against light and temperature variations

Sample identification: The samples have unique identification code to

permit the traceability of the calibration

Calibration Report: The calibration report is issued by Gibitre Instruments and includes the traceability to the officially-calibrated hardness tester used for the measures

