

CERTIFIED SAMPLES

GIBITRE INSTRUMENTS, SHORE VE IRHD SERTLIK
DOĞRULAMASI İÇİN SERTİFİKALI ÖRNEKLER
SUNAR



gibitre
INSTRUMENTS



Genel Bakış

Sertifikalı numunelerin kullanılması, iki kalibrasyon arasındaki sürede sertlik test cihazlarınızın okunmasının uygunluğunun periyodik olarak doğrulanmasını sağlar. Periyodik doğrulama, sertliğin test parametresi olarak önemi göz önüne alındığında yararlıdır. Elastomerik ürünlerin sertliği sıcaklıktan güçlü bir şekilde etkilenir. Bu nedenle, Gibitre

tarafından üretilen numuneler, elin ısısını test alanına iletmeden kolay kullanım sağlayan bir şekle sahiptir.

Numuneler, ölçümler için kullanılan sertifikalı sertlik test cihazında izlenebilirliğe sahip kalibrasyon Sertifikası ile sağlanır. Örnekler, numunelerin sıcaklık değişimleri-nden ve ışıktan korunmasını sağlayan yalıtımlı bir koruma muhafaza ile sağlanır.

Mevcut Yapılandırmalar

Gibitre Shore A, Shore D, IRHD-N ve IRHD-Micro sertliğinin test edilmesi için örnekler sunar. Aşağıdaki yapılandırmalar mevcuttur:

- Seçilen sertlik ölçeğinde farklı sertlikte 5 örnek içeren paket. (yaklaşık 40 - 50 - 60 - 80 - 90)
- Mevcut sertlikten biri olan tek bir numune içeren paket

Shape of the samples: The shape of the samples has been developed to permit easy handling without heat transmission to the test area

Protection Box: The wooden box ensures protection against light and temperature variations

Sample identification: The samples have unique identification code to

permit the traceability of the calibration

Calibration Report: The calibration report is issued by Gibitre Instruments and includes the traceability to the officially-calibrated hardness tester used for the measures

