

Data, 23 Ottobre 2024

RP N° 823/2024

Rif. Vs Ordine n°574/OF del 30.09.2024

Spettabile

GIBITRE INSTRUMENTS S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA, 73

24126 BERGAMO (BG)

Ricezione:	16.10.2024	Inizio prove:	16.10.2024	Fine prove:	22.10.2024	Pag. 1 di 1
------------	------------	---------------	------------	-------------	------------	-------------

R A P P O R T O D I P R O V A**Oggetto:** Fornitura materiale per il controllo del dispositivo a tamburo rotante per prova di abrasione.**Fornitura:** n. 6 coppie di placche in gomma vulcanizzata 180 x 120 x 8 mm.

<u>Coppia</u>	<u>Matricola</u>	
1	<u>69624</u>	<u>69724</u>
2	<u>69824</u>	<u>69924</u>
3	<u>70024</u>	<u>70124</u>
4	<u>70224</u>	<u>70324</u>
5	<u>70424</u>	<u>70524</u>
6	<u>70624</u>	<u>70724</u>

Materiale conforme ai requisiti della norma ISO 4649:2017 – Annex B.2 “Standard reference compound no. 1 for the calibration of the abrasive sheet and for use as a comparative standard reference compound”.

Si dichiara che i risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione esaminato.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.



OPERATORE, N. D'Aniello



DIRETTORE, V. Boffa